

正本

發文方式：郵寄

檔號	社團法人高雄市第一藥師公會	
保存年限	收	日期 110年1月6日
	文	字號第 9 號

高雄市政府衛生局

函

地址：80276高雄市苓雅區凱旋二路132之1號
 承辦單位：衛生局藥政科醫粧股
 承辦人：曾淑萍
 電話：07-7134000#6256
 傳真：07-7229974
 電子信箱：tseng69@kcg.gov.tw

83048
 高雄市鳳山區文衡路458號9樓

受文者：社團法人高雄市第一藥師公會

發文日期：中華民國110年1月4日
 發文字號：高市衛藥字第10943074200號
 速別：普通件
 密等及解密條件或保密期限：
 附件：

- 一、文擬存查、
- 二、擬PO文公告週知

社團法人高雄市第一藥師公會
 理事長 劉亮君

主旨：有關凱富興業廠委託製造之「凱富手術衣（衛署醫器製字第003323號）（批號：20200610）」醫療器材，檢驗結果未符合規格標準乙案，惠請轉知所屬會員配合辦理，請查照。

說明：

- 一、依據彰化縣政府109年12月31日府授衛藥字第1090480490號函辦理。
- 二、案係彰化縣衛生局配合辦理「109年FDA產品後市場監測計畫-手術衣及外科用覆蓋巾體液防護試驗之品質監測」，並依衛生福利部食品藥物管理署109年7月13日FDA研字第1090002040號函至旨揭醫療器材製造廠「立祐企業有限公司」抽樣旨揭檢體，檢驗結果因不符原查驗登記規格標準，屬藥事法第23條第4款不良醫材，其屬同法第80條第1項第3款及藥物回收處理辦法第2條之第二級回收。
- 三、副本抄送本市各區衛生所，請惠予輔導相關機構業者，配合旨揭公司回收作業，以維護民眾安全及權益。

正本：社團法人高雄市第一藥師公會、社團法人高雄市藥師公會、高雄市藥劑生公會、高雄市新高雄藥劑生公會、高雄市直轄市醫療器材商業同業公會、高雄市醫療器材商業同業公會、社團法人高雄市醫師公會、社團法人高雄縣醫師公會

副本：本局藥政科、高雄市左營區衛生所、高雄市楠梓區衛生所、高雄市三民區衛生所、高雄市苓雅區衛生所、高雄市前鎮區衛生所、高雄市旗津區衛生所、高雄市小港區衛生所、高雄市三民區第二衛生所、高雄市鳳山區衛生所、高雄市岡山區衛生所、高雄市旗山區衛生所、高雄市美濃區衛生所、高雄市林園區衛生所、高雄

市大寮區衛生所、高雄市大樹區衛生所、高雄市仁武區衛生所、高雄市大社區衛生所、高雄市鳥松區衛生所、高雄市橋頭區衛生所、高雄市燕巢區衛生所、高雄市田寮區衛生所、高雄市阿蓮區衛生所、高雄市路竹區衛生所、高雄市湖內區衛生所、高雄市茄萣區衛生所、高雄市永安區衛生所、高雄市彌陀區衛生所、高雄市梓官區衛生所、高雄市六龜區衛生所、高雄市甲仙區衛生所、高雄市杉林區衛生所、高雄市內門區衛生所、高雄市茂林區衛生所、高雄市桃源區衛生所、高雄市那瑪夏區衛生所、高雄市鼓山區衛生所、高雄市鳳山區第二衛生所、高雄市新興衛生所

局長黃志中

本案依分層負責規定授權業務主管判發