

正本

發文方式：郵寄

檔 號：	社團法人高雄市第一藥師公會		
保存年限：	收 文	日期	110年8月11日
		字號	第 453 號

高雄市政府衛生局

函

地址：80276高雄市苓雅區凱旋二路132之1號
承辦單位：衛生局藥政科醫粧股
承辦人：曾淑萍
電話：07-7134000#6256
傳真：07-7229974
電子信箱：tseng69@kcg.gov.tw

83048

高雄市鳳山區文衡路458號9樓

受文者：社團法人高雄市第一藥師公會

發文日期：中華民國110年8月4日

發文字號：高市衛藥字第11038135800號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

一、文擬存查、
二、擬PO文公告週知

主旨：有關長欣生技股份有限公司販售之「"長欣生技"醫用口罩(未滅菌)(衛部醫器製壹字第007130號、製造日期：2020/12/15)」醫療器材，外包裝標籤與規定不符乙案，惠請轉知所屬會員配合辦理，請查照。

說明：

- 一、依據彰化縣政府110年8月2日府授衛稽字第1100266125號函辦理。
- 二、案內「"長欣生技"醫用口罩(未滅菌)(衛部醫器製壹字第007130號、製造日期：2020/12/15)」醫療器材，係本市阿蓮區衛生所於110年4月21日至轄內全聯實業股份有限公司茄荳仁愛分公司(高雄市茄荳區仁愛路2段167號)查獲旨揭醫療器材，外包裝標示之申請商名稱與原核准不符，涉違反醫療器材管理法規定。
- 三、本案係屬第3級回收，基於民眾健康安全，惠請轉知所屬會員依醫療器材回收處理辦法規定辦理，倘有陳列販售旨揭醫療器材，應配合旨揭公司回收作業。
- 四、副本抄送本市各區衛生所，請惠予輔導相關機構業者，配合旨揭公司回收作業事宜。

正本：社團法人高雄市第一藥師公會、社團法人高雄市藥師公會、高雄市藥劑生公會、
高雄市新高雄藥劑生公會、高雄市直轄市醫療器材商業同業公會、高雄市醫療器

材商業同業公會、社團法人高雄市醫師公會、社團法人高雄縣醫師公會
副本：本局藥政科、高雄市左營區衛生所、高雄市楠梓區衛生所、高雄市三民區衛生所、
高雄市苓雅區衛生所、高雄市前鎮區衛生所、高雄市旗津區衛生所、高雄市小港區衛生所、
高雄市三民區第二衛生所、高雄市鳳山區衛生所、高雄市岡山區衛生所、高雄市旗山區衛生所、
高雄市美濃區衛生所、高雄市林園區衛生所、高雄市大寮區衛生所、高雄市大樹區衛生所、
高雄市仁武區衛生所、高雄市大社區衛生所、高雄市鳥松區衛生所、高雄市橋頭區衛生所、
高雄市燕巢區衛生所、高雄市田寮區衛生所、高雄市阿蓮區衛生所、高雄市路竹區衛生所、
高雄市湖內區衛生所、高雄市茄萣區衛生所、高雄市永安區衛生所、高雄市彌陀區衛生所、
高雄市梓官區衛生所、高雄市六龜區衛生所、高雄市甲仙區衛生所、高雄市杉林區衛生所、
高雄市內門區衛生所、高雄市茂林區衛生所、高雄市桃源區衛生所、高雄市那瑪夏區衛生所、
高雄市鼓山區衛生所、高雄市鳳山區第二衛生所、高雄市新興衛生所

局長黃志中

本案依分層負責規定授權業務主管判發