

正本

發文方式：郵寄

檔號

保存年限

高雄市政府衛生局

函

| |
|---------------|
| 社團法人高雄市第一藥師公會 |
| 收文日期：111年7月7日 |
| 文字號第：216號 |

地址：80276高雄市苓雅區凱旋二路132之1號
 承辦單位：藥政科
 承辦人：曾淑萍
 電話：07-7134000#6256
 傳真：07-7229974
 電子信箱：tseng69@kcg.gov.tw

高雄市政府第一藥師公會
 理事長 劉亮君

83048

高雄市鳳山區文衡路458號9樓

受文者：社團法人高雄市第一藥師公會

發文日期：中華民國111年7月1日

發文字號：高市衛藥字第11136679800號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

- 一、文擬存查
- 二、擬PO文公生週知

主旨：有關香港商麥迪康亞太有限公司台灣分公司製售之「“麥迪康”外科手術口罩（許可證：衛部醫器製字第005462號、批號：020420WN01）」醫療器材回收一案，檢驗結果與規定不符乙案，惠請轉知所屬會員配合辦理，請查照。

說明：

- 一、依據宜蘭縣政府衛生局111年6月24日衛食藥字第1110014960號函辦理。
- 二、案係雲林縣衛生局執行「111年市售外科手術面（口）罩之品質監測計畫」抽驗至轄內國立台灣大學醫學院附設醫院雲林分院抽驗旨揭產品，經衛生福利部食品藥物管理署檢驗結果：次微米粒子防護效率<80%，與查驗登記核准不符，涉屬不良醫療器材，涉違反醫療器材管理法第8條第4款規定。
- 三、為確保民眾使用權益及安全，惠請轉知所屬會員依醫療器材管理法及醫療器材回收處理辦法規定辦理，倘有陳列販售旨揭醫療器材，應配合旨揭公司回收作業。
- 四、副本抄送本市各區衛生所，請惠予輔導相關機構業者，配合旨揭公司回收作業事宜。

正本：社團法人高雄市第一藥師公會、社團法人高雄市藥師公會、高雄市藥劑生公會、
 高雄市新高雄藥劑生公會、高雄市直轄市醫療器材商業同業公會、高雄市醫療器
 材商業同業公會、社團法人高雄市醫師公會、社團法人高雄縣醫師公會

副本：本局藥政科、高雄市左營區衛生所、高雄市楠梓區衛生所、高雄市三民區衛生所、高雄市苓雅區衛生所、高雄市前鎮區衛生所、高雄市旗津區衛生所、高雄市小港區衛生所、高雄市三民區第二衛生所、高雄市鳳山區衛生所、高雄市岡山區衛生所、高雄市旗山區衛生所、高雄市美濃區衛生所、高雄市林園區衛生所、高雄市大寮區衛生所、高雄市大樹區衛生所、高雄市仁武區衛生所、高雄市大社區衛生所、高雄市鳥松區衛生所、高雄市橋頭區衛生所、高雄市燕巢區衛生所、高雄市田寮區衛生所、高雄市阿蓮區衛生所、高雄市路竹區衛生所、高雄市湖內區衛生所、高雄市茄萣區衛生所、高雄市永安區衛生所、高雄市彌陀區衛生所、高雄市梓官區衛生所、高雄市六龜區衛生所、高雄市甲仙區衛生所、高雄市杉林區衛生所、高雄市內門區衛生所、高雄市茂林區衛生所、高雄市桃源區衛生所、高雄市那瑪夏區衛生所、高雄市鼓山區衛生所、高雄市鳳山區第二衛生所、高雄市新興衛生所

局長黃志中

本案依分層負責規定授權業務主管判發